



รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

| | | | |
|----|----------------------|------------------|----|
| 49 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | Baby helper 2555 | ดี |
|----|----------------------|------------------|----|

เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเครื่องยึดท่อช่วยหายใจ (Baby Helper) เครื่องมือนี้ช่วยลดภาวะการเลื่อนหลุดของการเสียบท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิดอันเกิดจากการดิ้นของทารก ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทารก ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนจากการเลื่อนหลุด 82 ครั้งต่อ 1,000 วัน(ปี 2550) ลดเหลือ 25.10 ครั้งต่อ 1,000 วัน (ปี 2554)

